

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: «ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»: Мала центрифуга з кутовим ротором (код НК 024:2019: 17452 Центрифуга для мікророзривів); Аквадистилятор (код НК 024:2019: 35476 40478 Система дисталіційного очищення води).

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: санаторій «Прикордонник-Немирів» (військова частина 1487): 81014, вул. Курортна, 21 смт. Немирів Яворівського району, Львівської області; код за ЄДРПОУ – 14321630; категорія замовника – Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

3. Ідентифікатори закупівель: UA-2023-05-26-010206-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики визначені розпорядженням Адміністрації Державної прикордонної служби України та технічним завданням, що затверджено Адміністрацією Державної прикордонної служби України та оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

№ з/п	ДК 02:2015	Найменування та основні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі	Од. в-ру	К-сть
1.	33190000-8/17452 Центрифуга для мікророзривів	Мала центрифуга з кутовим ротором: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Центрифуга призначена для розділення матеріалів або їх сумішей зі щільністю не більше 1,2 кг/дм³, особливо, ✓ для підготовки медичних зразків до діагностики у пробірці. ✓ Потужність напруги 200 - 240 V ✓ Частота напруги 50 - 60 Hz- ✓ Загальна споживана потужність не більше 100 VA ✓ Споживання струму не більше 0.5 A ✓ Максимальний об'єм 8 x 15 мл ✓ Частота обертання (RPM) не менше 6000 ✓ Прискорення (RCF) не менше 3461 ✓ Умови наколишнього: ✓ Температура: 2°C до 40°C ✓ Навколишньосередовища - Вологість повітря: максимальна відносна вологість повітря 80% для температур до 31°C, ✓ лінійне зниження до 50% відносної 	шт	2

		<p>вологості повітря при 40°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Розміри: ✓ Ширина не більше 261 мм ✓ Глибина не більше 353 мм ✓ Висота не більше 228 мм ✓ Вага не більше 10кг ✓ Наявність транспортувального кріплення ✓ Наявність лічильника циклів (роботи центрифуги) ✓ Діапазон настройки від 200 об / хв до максимальної частоти обертання ротора ✓ Діапазон налаштування 1-99 хв з кроком в 1 хвилину ✓ Діапазон налаштування 1-59 с з кроком в 1 секунду ✓ Можливість налаштування гальмування: швидко-повільно ✓ Наявність звукових сповіщень: несправності, завершення центрифугування і зупинки ротора ✓ Сертифікація в Україні: Медичний виріб ✓ Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців з моменту інсталяції 		
2.	33190000-8/ 40478 Система дисталіційного очищення води	<p>Аквадистилятор: Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Аквадистилятор 1 шт. ✓ Електронагрівач 3 шт. ✓ Інструкція з експлуатації 1 шт. <p>Технічні параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Продуктивність при номінальній напрузі, дм3/год не менше 10±10%; ✓ Витрата води, дм3/ год не більше 330; ✓ Напруга живлення, В 380±10%; ✓ Частота, Гц 50; ✓ Споживана потужність, кВт не більше 7±10%; ✓ Маса, кг не більше 17; ✓ Габаритні розміри, мм не більше 400x290 ±5; ✓ Висота аквадистилятора, мм не більше 1050 ±5; ✓ Середнє напрацювання на відмову, год не менше 3500 ✓ Автоматичне відключення електронагрівачів при припиненні централізованої подачі води; ✓ Автоматичне підтримання рівня води, що йде на випар і охолодження; ✓ Деталі, які вступають в контакт з паром або дистильованою водою, повинні бути виготовлені з неіржавіючої сталі; ✓ Сертифікат відповідності ✓ Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це 	шт.	1

		виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.		
--	--	--	--	--

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 146069,00 грн.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість формувалась з середніх цін комерційних пропозицій наданих суб'єктами господарювання.