

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: «ДК 021:2015: 33124200-7 – Рентгенодіагностичні прилади»: Радіовізіограф стоматологічний.

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: санаторій «Прикордонник-Немирів» (військова частина 1487): 81014, вул. Курортна, 21 смт. Немирів Яворівського району, Львівської області; код за ЄДРПОУ – 14321630; категорія замовника – Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33124200-7 – Рентгенодіагностичні прилади.

3. Ідентифікатори закупівель: UA-2023-06-26-004451-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики визначені розпорядженням Адміністрації Державної прикордонної служби України та технічним завданням, що затверджено Адміністрацією Державної прикордонної служби України та оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

№ з/п	ДК 02:2015	Найменування та основні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі	Од. в-ру	К-сть
1.	33124200-7/37642 – Система рентгенівська діагностична портативна загального призначення, аналогова	<p>Радіовізіограф стоматологічний:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Вхід адаптера живлення: інтерфейс 5 В / USB ✓ Ефективний розмір датчика: не менше 20 x 30 мм ✓ Розмір матриці пікселів: не менше 1000 x 1500 ✓ Розмір пікселя: не менше 20 мкм ✓ Теоретична роздільна здатність: не менше 25 лп / мм ✓ Ефективна роздільна здатність: > 8 лп / мм ✓ Зовнішні розміри: 38,5 x 25 x 4,5 мм (13 мм) ✓ Довжина кабелю: не менше 2,5 м ✓ Комплектація: ✓ Візіограф – 1 шт. ✓ Чохол для сенсора (розмір 4x22 см) – 100 шт. ✓ Тримач сенсора – 1 шт. ✓ Фіксувальні шурупи – 2 шт. ✓ Силіконовий чохол для сенсора – 1 шт. 	шт	1

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ USB-диск (флешка) з інсталяційним програмним файлом (доступний український інтерфейс) та файлами калібрування – 1 шт. ✓ Документація 		
--	--	---	--	--

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 45600,00 грн.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість формувалась з середніх цін комерційних пропозицій наданих суб'єктами господарювання.