

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «ДК 021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» Стоматологічний портативний рентген (код НК 024:2019: 32517 Система стоматологічна рентгенівська екстраоральна пересувна, аналогова)».**

(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** санаторій «Прикордонник-Немирів» (військова частина 1487): 81014, вул. Курортна, 21 смт. Немирів Яворівського району, Львівської області; код за ЄДРПОУ – 14321630; категорія замовника – Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

**3. Ідентифікатори закупівель:** UA-2023-05-17-001846-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики визначені розпорядженням Адміністрації Державної прикордонної служби України та технічним завданням, що затверджено Адміністрацією Державної прикордонної служби України та оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

№ з/п	ДК 02:2015/ 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»	Найменування та основні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі	Одиниц я виміру	Кількі сть
1	33190000-8/ 32517 Система стоматологічна рентгенівська екстраоральна пересувна, аналогова	<b>Стоматологічний портативний рентген:</b> ✓ Використовується для діагностики стану зубів і щелеп шляхом рентгенівського випромінювання, використовуючи інтраоральний приймач зображення ✓ Працює від акумуляторної літій- іонної полімерної батареї ✓ Наявність підставки для бездротового заряджання ✓ Кольоровий індикатор зарядки ✓ Напруга трубки 70 кВ ✓ Струм трубки 3 мА ✓ Час експозиції не більше 0,02 – 0,5 с ✓ Коефіцієнт відтворюваності < 0,01 ✓ Фокусна пляма не більше 0,3 мм ✓ Кут нахилу аноду не менше 13° ✓ Теплоємність аноду 7 кДж	шт	2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Внутрішня фільтрація 0,5 мм Al</li> <li>✓ Загальна фільтрація 1,5 мм Al</li> <li>✓ Рентгенівське покриття (відстань від джерела випромінювання до шкіри) 200 мм</li> <li>✓ Кругле поле огляду Ø 60 мм</li> <li>✓ Коефіцієнт завантаження 70 кВ, 3 мА, 0,5 сек</li> <li>✓ Вага не більше 1,5 кг</li> <li>✓ Наявність РК-дисплею для налаштувань рентгенівського випромінювання та умов роботи</li> <li>✓ Порт перемикача віддаленого рентгенівського випромінювання, який може використовуватись як сервісний порт</li> <li>✓ Наявність попередньо запрограмованого часу експозиції</li> <li>✓ Вибір режиму датчика: цифрова рентгенографія – візіограф, комп'ютерна рентгенографія - фосфорна пластина, плівка</li> <li>✓ Відображення заряду та рівня залишкового заряду акумулятора</li> <li>✓ Індикатор готовності до рентгенівського випромінювання</li> <li>✓ Індикатор рентгенівського випромінювання</li> <li>✓ Відображення часу експозиції рентгенівського випромінювання</li> <li>✓ Відображення коду помилки, часу охолодження, низького заряду батареї</li> <li>✓ Вибір типу пацієнта: дорослий (великий), дорослий (звичайний) або дитина</li> <li>✓ Вибір типу зуба: різець, ікло, моляр/премоляр або прикус</li> <li>✓ Кнопка введення обраного параметру</li> <li>✓ Кнопка регулювання та рух вліво або вправо для вибору меню або режиму</li> <li>✓ Індикатор заблокованої кнопки рентгенівського випромінювання</li> <li>✓ Індикатор налаштування параметрів користувача</li> <li>✓ Гарантійне обслуговування повинно бути не менше 12 місяців</li> <li>✓ Інструкція з експлуатації українською мовою</li> <li>✓ Наявність гарантійного листа від виробника або уповноваженого представника про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)</li> <li>✓ Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		✓ Сертифікат відповідності про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів ✓ Післягарантійне обслуговування ✓ Безкоштовна доставка		
--	--	--	--	--

**5. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 117 000,00 грн.

**6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість формувалась з середніх цін комерційних пропозицій наданих суб'єктами господарювання.